

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 22 июня 2020 года

№ РЗН 2020/10977

Лист 1

На медицинское изделие

**Аппарат для терапии оксидом азота АИТ-NO-01**

**по ТУ 32.50.21-001-07623615-2017:**

I. Состав:

- блок мониторинга NO, NO<sub>2</sub>;
- генератор;
- электроблок;
- блок очистки;
- нейтрализатор;
- блок подачи воздуха;
- стойка с основанием;
- ручка для снятия колбы блока очистки;
- трубки для подсоединения к дыхательному контуру, производства Intersurgical Ltd., Соединенное Королевство, РУ № ФСЗ 2009/03551 (при необходимости).

II. Принадлежности:

- сумка для блока мониторинга;
- предохранитель;

III. Эксплуатационная документация:

- руководство по эксплуатации;
- формуляр.

≡

**Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**А.В. Самойлова**

0069881